



ÜRÜN KODU

NT-S0040 Sabit Seviyeli Permeabilite

Deney Seti Ø75 mm

NT-S0042 Sabit Seviyeli Permeabilite

Deney Seti Ø115 mm

STANDARTLAR

BS 1377:5

ÜRÜN TANIMI

Düzenek komple ahşap üzerine monteli üç adet manometre tüpü, çelik cetveli, şeffaf plastikten imal su tankı, plastik hortumları, ve sabit seviyeli permeabilite hücresi ile birlikte temin edilmektedir. Sabit deviyeli permeabilite hücresi üç basınç noktalı alt ve üst alüminyum plaka arasında Pleksiglas gövdeden oluşturulmuştur.

