



AGREGA

METİLEN MAVİSİ DENEY SETİ

ÜRÜN KODU

NT-A0350 Metilen Mavisi Deney Seti

NT-A0351 Metilen Mikseri (400/600 devir/dak) ve Standı

NT-GS0755 Büret 50 mL. x 0,1 ml

NT-GS0780 Cam baget, Ø8x300 mm

NT-GP0070 Plastik beher 1000 ml.

STANDARTLAR

EN 933-9

ÜRÜN TANIMI

Metilen Mavisi Testi, agregaların ince tane fraksiyonundaki kil içeriğini belirlemek için kullanılan bir yöntemdir.

İnce agreg, genellikle 4,75 mm'lik (No. 4) bir elekten geçen ve beton veya diğer yapı malzemelerinin üretiminde kullanılan daha küçük parçacıkları ifade eder.

Test, agreg parçacıklarının yüzeyinde bulunan kil veya ince malzeme miktarının ölçülmesini içerir. Aşırı kil veya ince tane varlığı, betonun işlenebilirlik, mukavemet ve dayanıklılık gibi özellikleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Metilen Mavisi Testi, kil içeriğinin belirlenmesine yardımcı olur ve bu da daha sonra agreganın betonda kullanıma uygunluğunu değerlendirmek için kullanılır.

Deney seti aşağıdakilerden oluşmaktadır;

Mikser (Karıştırıcı) 400/600 devir/dak.

Cam büret, 50 ml x 0.1 ml

Büret standı ve kısıkaçı

Cam baget, Ø8x300 mm

Plastik beher, 1000 ml

